

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Unicameral Epicárdico Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 54
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 6.800,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 54
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (54)
Grupo: G1

2 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Passiva, Conexão: Conector Tipo Is-1, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 204
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.397,08
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 204
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (204)
Grupo: G1

3 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 384
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 159,13
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 384
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (384)
Grupo: G1

4 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca			
Descrição Detalhada: Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Epicárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		384	Quantidade Mínima Cotada: 384
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5.800,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (384)	
Grupo: G1			

5 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 3 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		30	Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		53,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (30)	

6 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Comprimento: Cerca 30 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		63,81	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (12)	

7 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Aplicação: Venoso / Arterial, Tipo Implante: Umbilical, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 5 Fr, Vias: Duplo Lúmen, Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		76,75	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		1,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Salvador/BA (12)	

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 780 **Quantidade Mínima Cotada:** 780
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 86,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (780)

9 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Cobra - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 93,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (500)

10 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 125 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 98,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (62)

11 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Material: Nitinol Revestido Em Ptfe, Tipo Ponta: Ponta De Platina Radiopaca, Calibre Interno: 0,014", Comprimento: 135 CM, Componente: Cesto Poliuretano E Nitinol, 3 A 6mm, Característica Adicional: Liberação Troca Rápida, Componentes Adicionais: Kit C/ Cateter De Extração 139cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.525,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (44)

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Voda - VI, Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 512 **Quantidade Mínima Cotada:** 512
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 196,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (512)

13 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.299,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (84)

14 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 3 X 20 A 100 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.034,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (62)

15 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 6 X 20 A 80 MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.034,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (62)

16 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174 **Quantidade Mínima Cotada:** 174

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (174)

17 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Aplicação: Fechamento Dusto Arterioso, Material: Nitinol C/ Filamentos Poliéster, Diâmetro: Cerca De 3 MM, Voltas: Cerca De 5 Voltas, Sistema De Liberação: Sistema Rosca, Tipo Liberação: Liberação Controlada, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (80)

18 - Shunt

Descrição Detalhada: Aplicação*: Carótida, Materia Prima: Polímero, Dimensões*: Cerca De 8 Fr (2,7 Mm) X 15 CM, Modelo: Multilúmen C/ Balões, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.686,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (42)

19 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Malha De Poliéster Trançada, Composição: Revestido De Colágeno Bovino, Formato: Reto Tubular, Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 60 CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (44)

20 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Temporário, Modelo: Triplo Lúmen, Reto, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 15 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (350)

21 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Adicional 1: C/ Malha De Proteção P/ Êmbolo, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (27)

22 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.316,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (32)

23 - Shunt

Descrição Detalhada: Aplicação*: Carótida, Materia Prima: Polímero, Dimensões*: Cerca De 8 Fr (2,7 Mm) X 30 CM, Modelo: Multilúmen C/ Balões, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (52)

24 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Cônico, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 A 10 X 20 A 40 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.316,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (42)

25 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Aplicação: Embolização Arterial, Material: Aço Inoxidável Recoberto C/ Cerdas Em Poliéster, Diâmetro: Cerca De 3 MM, Comprimento: 3 CM, Voltas: Cerca De 4 Voltas, Sistema De Liberação: Sistema Rosca, Tipo Liberação: Liberação Controlada, Componente Ii: Marcadores Radiopacos, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.589,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (280)

26 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 7 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (52)

27 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 14 X 20 A 100 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.574,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (52)

28 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 X 20 A 100 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (62)

29 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 60 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Curva, Diâmetro Fio Guia: 0,032", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.093,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (140)

30 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - A11, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (160)

31 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Ar2, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Modelo: C/ Furos Laterais, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 85,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (112)

32 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Monitorização Pressão Arterial Invasiva, Componente 1: Transdutor C/ Dispositivo Fluxo Cerca 30 MI/H, Componente 2: Linha C/ Equipo, Torneira Valvulada, Adicionais: 2 Extensores, Tamanho: Cerca De 30 E 120 Cm, Esterilidade: Estéril, Descartável, Compatibilidade: Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.850,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

33 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Tipo: Medição De Débito Cardíaco P/ Termodiluição, Quantidade Vias: Duas Vias, Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 20 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano Radiopaco, Componentes: Kit C/ Dilatador, Agulhas 18 E 20g, Componente I: Fio Guia Em Nitinol, 0,021", 60cm, Componentes Adicionais: Lúmen Distal 22g,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

34 - Cateter central

Descrição Detalhada: Aplicação: Venoso, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 8 Fr, Vias: Triplo Lúmen, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas, Componente I: C/ Cabo P/ Oxímetria, Componente Ii: Revestido C/ Cloreto De Benzalcônio E Heparina, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

35 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (66)

36 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 24 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (54)

37 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 26 FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (12)

38 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Coronária Esquerda - Lcb, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (112)

39 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Uso: Radial, Tamanho: 3 FRENCH, Comprimento: 5 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polietileno Radiopaco, Componentes: Kit C/ Fio Guia E Agulha Introdutora, Componente I: Aba P/ Sutura E Fixação, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3800 **Quantidade Mínima Cotada:** 3800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (3800)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Marca-Passo Cardíaco Implantável	54	Unidade
2	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	204	Unidade
3	Introdutor percutâneo	384	Unidade
4	Sistema implantável p, estimulação cardíaca	384	Unidade