



PLANTA CHAVE - LOCALIZAÇÃO
1º PAVIMENTO
SEM ESCALA

QUADRO DE EQUIPAMENTOS	
CÓD.	DESCRIÇÃO
E-1	INCUBADORA SHAKER
E-2	SPECTRAMAX HORIZONTAL
E-3	MICROONDAS
E-4	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PACHANE 400
E-5	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA B2 P SIMBLAB
E-6	ESPECTRÔMETRO AANALYST 600
E-7	FREEZER THERMO FISHER 7401 CRYOPLUS
E-8	CRYOMED FREEZER DATAMED 7451 CRYOPLUS
E-9	REFRIGERADOR DUPLEX
E-10	ULTRAFREEZER INDREL IULT 335D/590
E-11	ESTUFA BACTERIOLÓGICA ULTRASAFE HF212
E-12	AUTOCLAVE VERTICAL
E-13	ESTUFA ESTERILIZAÇÃO
E-14	ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM
E-15	AUTOCLAVE ACOPLADA À CABINE DE SEGURANÇA
E-16	LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
E-17	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA-OLHOS COM DUPLO ACIONAMENTO EM AÇO INOX
E-18	BALANÇA DE PRECISÃO
E-19	AGITADOR MAGNÉTICO VORTEX
E-20	DESTILADOR
E-21	RESERVATÓRIO PARA ÁGUA DESTILADA
E-22	CAIXA DE PASSAGEM EM INOX (PASS THROUGH)
E-23	CROMATÓGRAFO ICS 3000
E-24	MICROSCÓPIO
E-25	ESPECTRÔMETRO RAMAN
E-26	SUPORTE PLÁSTICO PARA SECAGEM DE VIDRARIAS
E-27	BICO DE BUNSEN

LEGENDA	
	PAREDE EXISTENTE A MANTER
	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR
	ÁREA VIZINHA SEM INTERVENÇÃO

OBSERVAÇÕES PARA PROJETO DE GASES	
	EQUIPAMENTO COM DEMANDA DE GASES (CONSULTAR MANUAIS TÉCNICOS).
	AMBIENTE RESERVADO PARA CASA DE GÁS
	SALA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO E ALARMES PARA CONTROLE DO NITROGÊNIO, CONTROLE DE TEMPERATURA AMBIENTE (DE 15° A 35°C) E UMIDADE RELATIVA (MÁX. 80%).
	SALA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, PROTEGIDA DA LUZ SOLAR DIRETA, CONTROLE DA TEMPERATURA AMBIENTE (DE 15° A 35°C) E DA UMIDADE RELATIVA (ENTRE 20 E 80%).

COORDENADOR: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU–A21359–4 (RESPONSÁVEL LEGAL)			
CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234–6			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL/INSTALAÇÕES–RAIMUNDO C. SILVA–CREA–16.735/BA			
ALTERAÇÕES:			
00	23/12/22	RCS	EMISSÃO INICIAL
NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
<div><div></div><div>UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA</div></div> <div><div></div><div>SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura</div></div>			
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU-A21359-4			
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU-A18234-6			
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQ. ALINE ARGOLLO FERREIRA CAU-A55601-7			
NOME DO PROJETO:			
LABORATÓRIOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA			
LOCAL: FACULDADE DE ODONTOLOGIA		CIDADE: SALVADOR	
NOME DA PRANCHETA:		VERSÃO: 00	
LAYOUT LABORATÓRIOS FOTOMICRO E RAMAN - 1º PAVIMENTO		FOLHA:	
ÁREA TÉCNICA: GLP		ETAPA: PROJETO BÁSICO	
DATA: DEZEMBRO 22		CONFERIDO POR: FRANCISCO J.	
ESCALA DE PLOTAGEM: 1/50		DESENHO: RAIMUNDO CONC.	